



国家质量监督检验检疫总局批准

GBW(E)080360~ GBW(E)080377

GBW(E)081019

标准物质证书

单元素溶液标准物质

样品批号：见样品标签

水利部水环境监测评价研究中心



中国 北京

国标编号	名称(参数)	标准值	单位	不确定度(%)	基体 (V/V)
GBW(E)080360	铜标准溶液	500	mg/L	1	1%HNO ₃
GBW(E)080361	锌标准溶液	500	mg/L	1	1%HNO ₃
GBW(E)080362	铅标准溶液	500	mg/L	1	1%HNO ₃
GBW(E)080363	镉标准溶液	500	mg/L	1	1%HNO ₃
GBW(E)080364	铁标准溶液	100	mg/L	1	1%HNO ₃
GBW(E)080365	钾标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080366	钠标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080367	钙标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080368	磷标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080369	镁标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080370	氟标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080371	氯标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080372	硫酸根标准溶液	1000	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080373	硝酸盐氮标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080374	氨氮标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)080375	亚硝酸盐氮标准溶液	100	mg/L	2	H ₂ O
GBW(E)080376	酚标准溶液	100	mg/L	2	H ₂ O
GBW(E)080377	六价铬标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
GBW(E)081019	总氮标准溶液	500	mg/L	1	H ₂ O
BW085516	砷标准溶液	1000	μg/L	1	3%HNO ₃
BW085518	硒标准溶液	1000	μg/L	1	3% HCl
BW085521	锰标准溶液	100	mg/L	1	1%HNO ₃
BW085523	汞标准溶液	1000	μg/L	2	3% HCl
BW085530	氰标准溶液 (有效期暂定 1 年)	2	mg/L	3	0.1mol/LNaOH
BW085534	镍标准溶液	100	mg/L	1	1%HNO ₃
BW085535	铬标准溶液	100	mg/L	1	1%HNO ₃
备注	<p>1、本标准物质在 20℃±2℃条件下配制及定值。</p> <p>2、样品批号：见样品瓶标签。</p> <p>3、室内阴凉处保存，保质期为三年。</p> <p> 保质期标识如下：</p> <p> 样品批号为 6 位数，第一、第二位数值为样品定值的年代，第三、四位数值为样品定值的月份，例如样品批号为 100325，则样品的定值时间为 2010 年 3 月，保质期三年，则该批样品的有效期至 2013 年 2 月。</p> <p>4、本标准物质随用随配，尤其对不稳定参数如：氨氮、亚硝酸盐氮、酚、砷、汞等标准溶液。</p>				